

PLASTIE MITRALE


Plastie mitrale

Evaluation du résultat

- Après la purge des cavités gauche et avant l'ablation des canules
- **Attention à l'hémodynamique !**
- **Résultat anatomique**
 - Mobilité et coaptation des feuillets
 - Présence d'un SAM ?
- **Résultat fonctionnel**
 - Fuite résiduelle ? Mécanisme ?
 - Sténose ?
- **Structures adjacentes** : IA ? Fonction VG et VD ?
- Reprise raisonnée, en concertation avec le chirurgien

Plastie mitrale

Evaluation du résultat




Plastie mitrale

Evaluation du résultat




Plastie mitrale

Evaluation du résultat




Plastie mitrale


Evaluation du résultat



Plastie mitrale

Evaluation du résultat





Plastie mitrale

Risque de SAM (Systolic Anterior Motion)

- Lié à une inadéquation entre :
 - La taille de l'anneau prothétique
 - Un excès de tissu valvulaire (feuillet postérieur ++)
- Favorisé par :
 - Excès de tissu valvulaire
 - Choix d'un anneau trop petit
 - Angle mitro-aortique $< 120^\circ$
 - Bourrelet septal
- Attention à la volémie !


Plastie mitrale

Risque de SAM



Plastie mitrale

Risque de SAM



05/01/2024 01:19:05 PM
HR : 70

BOURNIER, CHRISTIAN
CARDIO

Affiniti CVx

05/01/2024
TISO.9

13:19:03
MI 0.3

X8-2t
24Hz
14cm

2D
63%
C 53
P Arrêt
Gén

Coul
38%
7527Hz
FP 677Hz
4.4MHz

0 150 180

M4
+65.2
-65.2
cm/s

PAT T: 37.0C
TEE T: 39.3C

70 bpm

